CUADRO SELECCIÓN REACTIVOS PARA LAS DISTINTAS GAMAS DE FOTÓMETROS CTX

PARÁMETRO	CAMPO MEDICIÓN	REACTIVOS	FORMATO/ CANTIDAD	CÓDIGO	CÓDIGO ALTERNATIVO	MD 100 (52629)	MD 100 (52630)	MD 100 (52632)	MD 100 (52633)	MD 110 (68070)	MD 110 (68071)	MD 110 (68072)	MD 200 (54567)	MD 200 (54568)	MD 200 (55152)	MD 200 (57673)	SCUBA II (68073)	SCUBA III (76890)
ÁCIDO CIANÚRICO (estabilizante)	0- 160 mg/L	CyA-Test	TABLETA/250	08451	511370BT		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
			TABLETA/100	08345	511371BT		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
ALCALINIDAD-M	5- 200 mg/L	Alka-M-Photometer	TABLETA/250	08373	513211BT			X	X		X	X		X	X		X	X
			TABLETA/100	08374	513210BT			X	X		X	X		X	X		X	X
BROMO TOTAL	0,05-13 mg/L	DPD Nº 1	TABLETA/250	03009	511051BT				X			X			X	X	X	X
			TABLETA/100	08447	511050BT				X			X			X	X	X	X
CLORO	0,01- 6 mg/L	DPD Nº 1	TABLETA/250	03009	511051BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			TABLETA/100	08447	511050BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		DPD Nº 1 agua dura	TABLETA/100	32082	515740	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		DPD Nº 3	TABLETA/250	03014	511081BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			TABLETA/100	68069	511080BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CLORO HR	0- 10 mg/L	DPD Nº 1	TABLETA/100	52634	511500BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
		DPD Nº 3	TABLETA/100	52635	511590BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Dureza cálcica	0- 500 mg/L	Pack Calcio H Nº 1 + Nº 2	TABLETA/2 x 100	45213	517761BT			X	X			X		X	X			X
pH	6,5- 8,4	Phenol Red	TABLETA/250	03019	511771BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			TABLETA/100	08372	511770BT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X